

針を交換していたが器具を複数人に使用していた施設

平成20年7月23日現在

| 施設類型 | 施設 | | | 使用状況 | | 備考 |
|------|-----------------|--------------|------------------|--------|--|---|
| | 名称 | 連絡先 | 所在地 | 医療器具名 | 使用時期 | |
| 病院 | 医療法人行定病院 | 049-242-0382 | 川越市脇田本町4 - 13 | 10, 18 | 平成10年頃～平成17年11月まで | キャップ部分をアルコール綿で消毒 |
| | 医療法人山仁病院 | 049-222-0373 | 川越市末広町3 - 5 - 13 | 4 | 平成15年1月頃～平成20年6月 | キャップ部分をアルコール綿で消毒 添付文書の内容について「複数人への使用禁止」が不明確だった。 |
| | 医療法人社団誠弘会池袋病院 | 049-231-1552 | 川越市笠幡3724 - 6 | 19 | 平成12年頃～平成20年5月11日まで | 使用后、化学的滅菌を実施。使用時、針交換及びアルコール消毒 添付文書の内容について「複数人への使用禁止」が不明確だった。 |
| | 城南中央病院 | 049-245-3551 | 川越市今福2745 | 11 | 外来:平成20年4月16日～平成20年6月4日 入院:平成18年4月頃～平成20年6月 | 針は採血の都度交換。キャップは患者様毎に1個。個人用としていた。 |
| | 医療法人康正会病院 | 049-224-2711 | 川越市山田西町375 - 1 | 19, 20 | 平成12年4月～平成17年3月まで | キャップ部分をアルコール綿で消毒 添付文書の内容について「複数人への使用禁止」が不明確だった。 |
| | 埼玉医科大学総合医療センター | 049-228-3411 | 川越市鴨田1981 | 1, 4 | 平成14年頃～平成17年12月頃 | キャップ部分をアルコール綿で消毒 一部、ガス滅菌 |
| | 医療法人社団関心会関本記念病院 | 049-241-0300 | 川越市今福1673 - 1 | 19 | 平成18年3月～平成20年6月5日 | キャップ部分をアルコール綿で消毒 |
| | 医療法人真正会霞ヶ関南病院 | 049-232-1313 | 川越市安比奈新田283 - 1 | 5 | 不明～平成18年3月 | 通達により使用中止 |

針を交換していたが器具を複数人に使用していた施設

平成20年7月23日現在

| 施設類型 | 施設 | | | 使用状況 | | 備考 |
|---------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------|--|---|
| | 名称 | 連絡先 | 所在地 | 医療器具名 | 使用時期 | |
| 診療所 (医科) | 浅野内科クリニック | 049-225-5261 | 川越市氷川町135 1 | 18 | 平成15年頃 | キャップ部分をアルコール綿で消毒 添付文書の内容について「複数人への使用禁止」が不明確だった。 ごく少数例に使用した可能性も否定できない。 |
| | 犬竹医院 | 049-222-4141 | 川越市大手町4-3 | 10 | 平成9年1月頃～平成20年5月 | キャップ部分をアルコール綿で消毒 添付文書の内容について「複数人への使用禁止」が不明確だった。 |
| | 川越整形外科内科医院 | 049-229-0121 | 川越市三光町2-4 | 27 | 平成13年6月～平成18年12月 | キャップ部分をアルコール綿で消毒 添付文書の内容について「複数人への使用禁止」が不明確だった。 |
| | 熊谷クリニック | 049-241-6677 | 川越市旭町2-8-3 | 18 | 平成16年3月頃～平成20年6月7日 | キャップ部分をアルコール綿で消毒 血糖値測定のみホルダー共用。他の採血に関しては全て使い捨て。 |
| | 黒森小児科クリニック | 049-231-0751 | 川越市の場北1-6 -30 | 26 | 平成13年頃～平成18年3月 | キャップ部分をアルコール綿で消毒、定期的に次亜塩素酸で消毒。 他の人と使用する場合は必ず消毒済みを使用との説明あり。 |
| | 新河岸腎クリニック | 049-249-6550 | 川越市下新河岸39 -1 | 11 | 平成15年頃～平成20年6月4日 | 使用者はすべて特定されており、感染症検査済で陰性でした。 |
| | 鈴木内科医院 | 049-237-1100 | 川越市の場2218-18 | 18 | 平成19年4月 | キャップ部分をアルコール綿で消毒 開院当初に2人ほど行った記憶がありますが、個人名は不明である。 |
| | 西部診療所 | 049-233-1114 | 川越市天沼新田307 -1 | 5, 11 | 5は平成15年頃～, 11は平成20年1月～ | |
| | 田口医院 | 049-222-1972 | 川越市元町2-4-7 | 5 | 平成17年頃～ | キャップ部分をアルコール綿で消毒 添付文書の内容について「複数人への使用禁止」が不明確だった。 連絡のつく使用患者に個別連絡済。希望者に感染症チェック |
| | 八ヤカワクリニック | 049-247-5733 | 川越市東田町23-2 ドミ東田105 | 11 | 平成20年3月頃 | キャップ部分をアルコール綿で消毒 添付文書の内容について「複数人への使用禁止」が不明確だった。 |
| 秀寿会 藤沼内科クリニック | 049-229-3280 | 川越市通町5-5第 2山田ビル1階 | 1, 3, 18 | 平成11年7月～平成18年4月頃 | キャップ部分をアルコール綿で消毒 添付文書の内容について「複数人への使用禁止」が不明確だった。 | |
| 介護老人 保健施設 | 介護老人保健施設 いぶき | 049-233-6056 | 川越市下小坂501-1 | 8, 16 | 平成9年4月1日開設頃～平成20年6月10日 | キャップ部分をアルコール綿で消毒 添付文書の内容について「複数人への使用禁止」が不明確だった。 使用説明文が十分に理解し難いものであった。 |