

学校給食 1 食分

令和 8 年 9 月 4 日 (金)

学校給食センター 献立	放射性セシウム			
	ヨウ素 1 3 1	セシウム 1 3 4	セシウム 1 3 7	セシウム合算
菅間学校給食センター A ブロック ・ ごはん ・ もずくのみそしる ・ チキンカツ ・ にんじんそんちょうサラダ ・ 牛乳	不検出 ＜ 6 . 7	不検出 ＜ 8 . 9	不検出 ＜ 6 . 0	不検出 ＜ 1 4 . 9
菅間第二学校給食センター C ブロック ・ フラワーロールパン ・ 和風スパゲティ ・ チキンのチーズオープン焼き ・ サイダーゼリー入りポンチ ・ 牛乳	不検出 ＜ 6 . 5	不検出 ＜ 8 . 3	不検出 ＜ 5 . 6	不検出 ＜ 1 3 . 9

測定方法

- ・ 株式会社テクノエーピー社のベクレルモニター T N 3 0 0 B (N a I シンチレーションスペクトロメーター) を用い、検査を実施しております。
- ・ 「不検出」とは、放射性物質が存在しない、または、測定機器の検出下限値未満であることを示します。
- ・ 検出下限値は、各欄において端数処理をしておりますので、合算値とずれる場合があります。

【参考】食品衛生法の規制値 (単位 ベクレル / k g)

放射性セシウム (セシウム 1 3 4 及び 1 3 7)	ミネラルウォーター類 原料に茶を含む清涼飲料水 飲用に供する茶	10
	乳児の飲食に供することを 目的として販売する食品	50
	上記以外の食品	100