

令和6年度小畔の里クリーンセンター地下水水質分析結果 (月1回以上測定項目)

＜上流側観測井戸＞

分析項目	単位	採取した年月日												平均値	基準値
		4月25日	5月9日	6月13日	7月11日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月9日	2月13日	3月6日			
結果の得られた年月日	-	5月13日	5月28日	6月21日	7月30日	9月30日	10月29日	12月3日	12月26日	1月29日	3月5日	3月21日	-	-	
塩化物イオン	mg/l	56	54	56	59	48	42	36	33	30	28	30	42.9	-	
電気伝導率	mS/m	70	75	70	74	74	72	66	71	64	61	58	68.6	-	

＜下流側観測井戸＞

分析項目	単位	採取した年月日												平均値	基準値
		4月25日	5月9日	6月13日	7月11日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月9日	2月13日	3月6日			
結果の得られた年月日	-	5月13日	5月28日	6月21日	7月30日	9月30日	10月29日	12月3日	12月26日	1月29日	3月5日	3月21日	-	-	
塩化物イオン	mg/l	27	27	25	24	23	23	24	23	23	23	23	24.1	-	
電気伝導率	mS/m	88	87	80	88	88	90	91	93	93	94	94	89.6	-	

※8月は集中豪雨の影響により採水不能のため分析できませんでした。